

Reg/cri

Spett.le
COGO BILANCE srl
Sede legale
Via Dandolo, 5
VARESE
Sede Operativa
Via Industria, 51
CAMPONOGARA (VE)

Trasmissione a mezzo pec: cogobalance@legalmail.it

E, p.c. Isp. Bruno De Santis
Isp. Vesna Flego
Isp. Marco Zuin
Camera di commercio, industria
artigianato e agricoltura
VENEZIA ROVIGO
DELTA LAGUNARE

Oggetto: Conclusione procedimento amministrativo relativo alla SCIA presentata dal Laboratorio COGO BILANCE srl; numero identificativo VE251

Con la presente si informa che Unioncamere ha accertato che codesto laboratorio, durante il periodo di conformazione alla normativa vigente dell'attività, disposto con Ns lettera del 20/06/2016 prot. 0011870, ha conformato la propria attività ai requisiti e presupposti previsti dalla legge e meglio indicati nel suddetto provvedimento.

Per questa ragione si comunica che con determinazione dirigenziale n.100 del 07/03/2017 Unioncamere ha concluso, con esito positivo, il procedimento amministrativo avviato con la ricezione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che codesto Laboratorio ha trasmesso a questo Ente in data 13/05/2016 prot. 0009379.

Si comunica altresì che, a fronte della documentazione trasmessa a titolo di conformazione delle attività, codesto Laboratorio potrà effettuare la verifica periodica sugli strumenti di misura di cui alla tabella che segue:

Categoria strumento	Tipologia strumento	Classe strumento	Portata/Carico strumento
MI 006 - Strumenti per pesare a funzionamento automatico	Selezionatrici Ponderali a Funzionamento automatico	XIII, con (x) 0,5-1 XIV, con (x) 2 Y(a) Y(b)	da 4 g a 120 kg da 5 g a 5.000 kg da 5 g a 5.000 kg
MI 006 - Strumenti per pesare a funzionamento automatico	Riempitrici gravimetriche automatiche	Ref(x) - X(x) con (x)>0,5	fino a 2.000 kg
MI 006 - Strumenti per pesare a funzionamento automatico	Funzionamento automatico totalizzatore discontinuo (tramoggia)	0,2 - 0,5 - 1 - 2	da 800 kg a 5.000 kg

Si diffida, pertanto, codesto Laboratorio dallo svolgere verificazioni periodiche su strumenti diversi e di portata superiore da quelli indicati nella suddetta tabella.

./.

Si ricorda che il Laboratorio è tenuto a comunicare ad Unioncamere ogni eventuale variazione che intervenga rispetto a quanto comunicato, documentato e trasmesso a corredo della SCIA, entro 5 giorni lavorativi dalla variazione stessa.

Allo scopo di accertare nel tempo che il Laboratorio operi secondo quanto stabilito nel Decreto Ministeriale n. 31/2011 Unioncamere ha la facoltà di esercitare con frequenza di norma annuale, la vigilanza sul Laboratorio avvalendosi della Camera di commercio competente per territorio.

La vigilanza sugli strumenti in servizio verificati dal Laboratorio, invece, viene effettuata dalla Camera di commercio competente per territorio.

Cordiali saluti.

La Responsabile del procedimento
Daniela Tauro

Firmato da: Daniela Tauro
Data: 07/03/2017 15:48:25

Riferimenti della Responsabile del procedimento
tel. 06 4704315 – daniela.tauro@unioncamere.it